

## 1. Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), si Vás dovoluujeme oslovit s výzvou o podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „*Dodání nových, elektrických, polohovacích lůžek s bočním náklonem.*“

## 2. Údaje o veřejném zadavateli

Název: **Domov pro seniory Frýdek-Místek,  
příspěvková organizace**  
Sídlo: **28. října, č. p. 2155, 738 01 Frýdek-Místek**  
IČ: **68158025**  
Statutární zástupce: **Mgr. Petr Kuchta, ředitel**  
Telefon: **558 441 801**  
Kontaktní osoba: **Mgr. Roland Ivančák, vedoucí provozu**  
Telefon: **558 441 806, 736 128 468**  
E-mail: [dsfm@dsfm.cz](mailto:dsfm@dsfm.cz)  
(dále zadavatel)

## 3. Informace o veřejné zakázce

### 3.1. Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku (dále VZ).

### 3.2. Název VZ:

„*Dodání nových, elektrických, polohovacích lůžek s bočním náklonem.*“

### 3.3. Místo plnění VZ:

Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ul. 28. října 2155, Frýdek-Místek

### 3.4. Doba plnění VZ:

Kompletní dodávka a předání do **31.12.2023**

### 3.5. Klasifikace VZ – CPV:

33192120-9 - Nemocniční lůžka

### 3.6. Lhůta, místo a způsob pro podání cenové nabídky:

Cenovou nabídku doručte nejpozději do 10:00 hod. dne 8.12.2023, a to v zalepené obálce na podatelnu/pokladnu v 1. NP objektu Domova pro seniory F-M, p. o., ul. 28. října 2155, Frýdek-Místek 738 01. Cenovou nabídku nadepište na obálce: „*Dodání nových, elektrických, polohovacích lůžek s bočním náklonem.*“

## 4. Popis předmětu VZ:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nových, elektrických, polohovatelných lůžek s bočním náklonem včetně hrazd s rukojetí dle specifikačních požadavků.

## 5. Specifikační požadavky VZ:

- dodání nových, elektrických, polohovatelných lůžek s bočním náklonem i s hrazdami s rukojetí,
- počet kusů – 24,
- elektrické polohování zádového, stehenního, lýtkového dílu,
- elektrické boční naklápění o minimálním náklonu 10° na obě strany,
- elektricky nastavitelná výška,

- minimální požadovaná nosnost lůžka: 200 kg,
- požadovaný rozměr ložné části lůžka (d x š): 200 x 90 cm s možností prodloužení délky,
- vybavení lůžek systémem prodloužení délky minimálně o 10 cm,
- volitelné upevnění hrazdy ve dvou místech,
- snadná manipulace s obsazeným lůžkem na pokoji i na delších trasách pouze jedním pracovníkem,
- 4x kola s brzdou s centrálním ovládním,
- nožní ovládním naklápění lůžka,
- podsvícení lůžek k podlaze pro lepší orientaci při vstávání z lůžka,
- vybavení lůžek USB portem po obou stranách,
- vybavení lůžek bateriemi pro zajištění základních funkcí mimo dosah 230V nebo při výpadku el. sítě,
- vybavení lůžek dělenými postranicemi na obou stranách – 2x samostatné postranice na každé straně lůžka v poměru 50:50 k délce lůžka,
- vybavení lůžek 1x odnímatelnou nebo výklopnou poličkou na čelo lůžka,
- lůžka musí být snadno hygienicky udržovatelná, s povrchy odolnými vůči používání dezinfekčních prostředků běžných ve zdravotnictví,
- vybavení držáky pro upevnění dálkové ovládním například na postranici nebo na čelo,
- vybavení lůžek vyklápěcími madly na obou stranách pro pomoc při vstávání z lůžka,
- zajištění dlouhodobého pravidelného servisu a periodických, bezpečnostně-technických prohlídek lůžek dle Zákona 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích,
- lůžka, jako zdravotnické zařízení, musí splňovat podmínky a mít potřebnou certifikaci pro použití v ČR dle platných právních norem vztahujícím se k těmto zařízením.

**6. Obsah nabídky:**

Cenová nabídka dle specifikačních a dalších požadavků uvedených v zadání VZ,

**7. Hodnotící kritéria:**

Nejnižší nabídková cena bez DPH

**Doplňující informace:**

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku doplnit nebo zrušit.

Ve Frýdku-Místku dne 28.11.2023

S pozdravem

Mgr. Petr Kuchta  
ředitel